

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

# **СЕРТИФИКАТ**

**об утверждении типа средств измерений  
№ 81277-21**

Срок действия утверждения типа до **15 марта 2031 г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
**Сигнализаторы загазованности ДЗ-1-СН4**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение ОВЕН» (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»), г. Москва;**  
**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «СенсорЭКС» (ООО «СенсорЭКС»), г. Псков**

**ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение ОВЕН» (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»), г. Москва**

**КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА**  
**ОС**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**  
**КУВФ.421451.006-01МП**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год**

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **22 декабря 2025 г. N 2813.**

**Заместитель Руководителя**

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

**Е.Р.Лазаренко**

**«14» января 2026 г.**